STU
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
REKTORÁT
ÚTVAR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Všetkým jemu známym záujemcom

Váš list:	Naše číslo:	Vybavuje:	V Bratislave
		Ing. Igor Kolenička	**24. 11. 2019**

Vec: Vysvetlenie

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkaldov jedného zo záujemcov zasielame odpoveď:

Otázka:
Verejný obstarávateľ požaduje hodnotu rozlášenia v režime SEM – 1nm a menej pri 30 kV. Akceptuje verejný obstarávateľ nameisto požadovaného rozlíšenia v režime SEM 1 nm a menej pri 30 kV aj hodnotu rozlíšenia 0,9 nm pri 15 kV ?

Odpoveď: Áno, verejný obstarávateľ akceptuje aj takúto hodnotu rozlíšenia v SEM režime.

S pozdravom

Ing. Igor Kolenička

Vazovova 5
81213 Bratislava
Slovak republic
www.stuba.sk

igor.kolenicka@stuba.sk
T: +421 917669015