

**Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru
549/16, 02801, Trstená, IČO: 00634891**

Všetkým záujemcom

**Váš list číslo/zo
dňa**

Naše číslo

Vybavuje/linka

Hornooravská nemocnica s poliklinikou
Trstená

sp. 1 /2019 043/5307 364

30.01.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „**Sterilizačné vrecká, rolky, papier kreповý a pásy**“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená**
Ulica: Mieru 549/16, 02801, Trstená
IČO: 00634891
Kontaktná osoba:
E-mail: bacova.alena@nsptrstena.sk
Tel.: 043/5307 364

2. Opis predmetu zákazky

Sterilizačné obaly - Kombinovaný obal - Rolky Papier - papier pre zdravotnícke účely vyrobený podľa EN 868-3:1 999 - gramáž min 70g/m² (5%) Fólia - min. 9 vrstvová kombinácia polyester/polypropylén (BoPET) veľkosť pór 12/40 m (medzi vrstvy sa neráta spojovací materiál jednotlivých fólií) - hrúbka min. 52m (10%), gramáž min. 52g (10%) Indikátor - procesový indikátor I. triedy pre STEM, FORM (STN EN ISO 11 140-1) - umiestnenie vo zvare mimo aktívneho poľa, plocha indikátora min. 10mm². Súlad s normami ISO 11 607-1:2 006, ISO 11 607-2:2 006, Súlad s EN 868-5:1 999 - papier a fólia vyrobené jedným výrobcom. Zvar tri línie o celkovej šírke min. 6mm. Označenie smeru otvárania - otváranie peel efekt, číslo šarže obalu súčasťou každého balenia. Bez tolerancie.

Papierové vrecká - bielený papier pre zdravotnícke účely vyrobený podľa EN 868-4:1 999 - v súlade s normami: EN 868-4:1 999, ISO 11 607-1:2 006, ISO 11 607-2:2 006. Hmotnosť papiera na jednotku

plochy 60g/m² - teplotné lepidlo odolné proti vode so šírkou zlepu nim. 1cm (norma FDA) - indikátor procesu I triedy pre STEM sterilizačný proces s popisom zmeny farby - zvarovacia vrstva zataviteľná pri 170°C (kompatibilita so zväračkami kombinovaných obalov) - označenie výrobnej šarže a označenie veľkosti na každom vrecku.

Typ zákazky: Tovary

CPV: 33198200-6 Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny

3. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží v elektronickej forme naskenovaný originál, alebo úradne overenú kópiu (PDF formát) dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 alebo môže nahradiť požadovaný doklad - predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Žiadam o dodržanie "Opisu predmetu zákazky"

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **10 695.55 Eur** bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **11.02.2019 , 10:35 hod.**

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok

uvedených v tejto výzve.

10. Miesto dodania tovaru

HNSP Trstená

11. Obsah ponuky

12. Doplnujúce informácie

Špecifikáciu uvedenú v tabuľke prosím vyplniť podľa druhu a priložiť ako súčasť cenovej ponuky (vložiť ako samostatnú prílohu). Súťažiť sa bude v celkovej cene zákazky, ale je potrebné vyplnenú tabuľku priložiť s jednotlivými cenami položiek. Súťaž bude prebiehať bez elektronickej aukcie. Úspešný uchádzač predloží podpísanú Rámcovú zmluvu spolu s vyplnenou prílohou Špecifikácia do 5 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

S pozdravom

Mgr. Alena Bačová

043/5307 364

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Vedúca OPAČ