

# HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ

Mieru 549/16, 028 01 Trstená

## Súťažné podklady a ostatné podmienky

### 1. Predmet zákazky

- Dodávka sterilizátora s vyvíjačom pary – kombinovaný spôsob napájania
- CPV 33191100-6

### 2. Predpokladaná hodnota zákazky

- **58 848,- € bez DPH**

### 3. Podmienky účasti

- Uchádzač vloží ako prílohu do súťaže:
  - Naskenovaný doklad o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015., uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže nahradiť požadovaný doklad predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
  - Podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO doloženým čestným vyhlásením alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. (príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie)

### 4. Zadávacie podmienky

- Uchádzač uvedie v systéme ebiz - **eZakazky** celkovú cenu za predmet zákazky v **EUR** s **DPH** podľa požiadaviek elektronickej aplikácie **www.ezakazky.sk**

### 5. Vysvetľovania a komunikácia

- Vysvetľovanie a komunikácia bude prebiehať elektronicky v komunikačnom rozhraní v systéme eZakazky.sk

### 6. Vyhodnotenie ponúk

- Vyhodnocovať sa bude na základe najnižšej ceny. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena s DPH. S uchádzačom, ktorý skončí na 1. mieste v súťaži bude v prípade splnenia požadovanej technickej špecifikácie a predloženia požadovaných dokumentov, zahájené rokovanie o podpise kúpnej zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy je uchádzačom k dispozícii v časti zákazky s názvom „Kúpna zmluva návrh“

### 7. Technická špecifikácia prístroja

#### **Sterilizátor parný s vyvíjačom pary s možnosťou kombinovaného spôsobu napájania pary**

- Objem komory minimálne 450 litrov
- Jednodverové prevedenie
- Prevedenie FD – s vyvíjačom pary a s prevedením na kombinovaný spôsob napájania
- Systém transportných a zavážacích vozíkov pre vkladanie materiálov
- 6 sterilizačných jednotiek
- Predhrievací program

- Maximálna spotreba na jeden sterilizačný cyklus
  - para: 7-10 kg
  - voda: 0,07-0,09 m<sup>3</sup>
  - demi voda: 0,008-0,01 m<sup>3</sup>
  - el. energia: 6-8 kWh
  - napätie pripojovacie: 3P/N/PE 400 V, 50/60 Hz
  - maximálny príkon: 45-50 kWh/65-80 A
- Hlučnosť max. 80 dB
- Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy
- Vákuový a Bowie-Dick test
- Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele
- Vonkajší kryt z nehrdzavejúcej ocele
- Materiál komory: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L )
- Automatické mikroprocesorové riadenie ( min. dva mikroprocesory so senzormi pre nezávislé riadenie a vyhodnocovanie pracovných cyklov )
- Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu
- Dotykový display minimálne 8,4 “ zobrazujúci informácie pre obsluhu, teplotu, tlak, fázy cyklov, chybové hlásenia ...
- Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu
- V základnom programovom vybavení minimálne 10 programov
- **K prístroju požadujeme:**
  - transportný vozík
  - zavážací vozík
  - úpravovňu vody
  - návod na používanie v slovenskom prípadne českom jazyku
  - záručný list
  - preberací protokol
  - zápis zo zaškolenia personálu

## 8. Ďalšie požadované doklady

Ako príloha budú do systému ebiz - **eZakazky** vložené nasledovné naskenované doklady:

### a.) Oprávnenie na firmu:

- Oprávnenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2006 §14 a §15 na:
- odborné skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení tlakových
- technické zariadenia tlakové skupiny Ab1, b2, Bb1, b2, f1
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava a údržba
- rekonštrukcia
- montáž
- Technické zariadenia elektrické do 1000 V
- Trieda objektov – A

### b.) Oprávnenie na servisného technika:

- Doklad o overení odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2006 §16 na činnosť:
- Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §18
- V rozsahu tlakové zariadenia A – b1, b2
- V rozsahu tlakové zariadenia B – b1, b2 a f
- Certifikát o absolvovaní servisného školenia na ponúkaný prístroj od výrobcu prístroja

- c.) **Osvedčenie o odbornej spôsobilosti** elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. minimálne § 22
- d.) **Propagačný materiál** ponúkaného zariadenia
- e.) **Vyplnená príloha č. 1** - „priloha c. 1 - Specifikacia sterilizatora.xlsx“
- f.) **Platný certifikát** k ponúkanému prístroju
- g.) **Vyhlásenie o zhode** k ponúkanému prístroju (v slovenskom alebo českom jazyku, ak je vydaný v inom jazyku – jeho overený preklad)
- h.) **Doklad o pridelení ŠUKL kódu** - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok

## 9. Osobitné požiadavky na plnenie

- zariadenie musí byť dodané nové, nerepasované, doposiaľ nepoužitú
- splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia
- Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia a uvedenia zariadenia do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, vrátane zaškolenia požadovaného počtu zamestnancov objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.
- Nevloženie požadovaných dokladov bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie požiadaviek pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, pričom verejný obstarávateľ nepodpíše s uchádzačom zmluvný vzťah a následne osloví ďalšieho uchádzača, ktorý skončí na nasledujúcom mieste.

## 10. Ďalšie požiadavky na plnenie:

- nástup technika na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch. Ak nedôjde k nástupu na opravu do 48 hodín môže Dodávateľ ponúknuť náhradné riešenie po dohode s Objednávateľom. V prípade, že nedôjde k odstráneniu poruchy alebo k prijatiu náhradného riešenia môže Objednávateľ žiadať pokutu do 0,05% z kúpnej ceny za každých 24 hodín až do odstránenia poruchy.
- Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku
- Súčasťou dodávky je aj zabezpečenie servisných činností počas záručnej doby autorizovaným servisným strediskom a zaškoleným servisným technikom na daný typ zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielcov po dobu najmenej 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.

## 11. V predloženej cenovej ponuke bude zahrnuté:

- dodanie a doprava prístroja na miesto určenia
- inštalácia zariadenia, na všetky potrebné siete HNsP Trstená (budú špecifikované podľa aktuálnych požiadaviek pri dodávke prístroja), preskúšanie funkčnosti a prevádzkoschopnosti
- zaškolenie personálu (personál určí primár. oddelenia) v nevyhnutnom rozsahu

- záručná doba – 24 mesiacov odo dňa inštalácie
- bezplatný záručný servis – 24 mesiacov
- BTK – (bežné technické kontroly) podľa odporúčania výrobcu - výkon a materiál počas záručnej doby v cene prístroja

## **12. Termín plnenia**

Vzhľadom na havarijný stav súčasného zariadenia, termín dodania predmetu zákazky: do 3 týždňov od nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Pred dodaním je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred pre zabezpečenie procesu preberania.

## **13. Uzatvorenie kúpnej zmluvy**

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača súťaže, ktorý skončil na 1. mieste v súťaži k uzatvoreniu kúpnej zmluvy za podmienky, že splnil špecifikáciu požadovaného prístroja a všetky požiadavky a podmienky súťaže. V prípade, že uchádzač, ktorý skončil na 1. mieste nesplnil požadovanú špecifikáciu prístroja a všetky požiadavky a podmienky súťaže, alebo nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy do 10 pracovných dní z jeho strany odo dňa uplynutia lehoty, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, môže verejný obstarávateľ osloviť na rokovanie o podpise kúpnej zmluvy uchádzačov, ktorý skončili v súťaži ako ďalší v poradí a splnia požadovanú špecifikáciu prístroja a podmienky a požiadavky súťaže.

V Trstenej 28.9.2019