

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16,02801 , Trstená, IČO: 00634891

Č.s.: /2019

Trstená 09.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: **Sterilizátor s vyvíjačom pary** - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená**
Ulica: Mieru 549/16,02801 , Trstená
IČO: 00634891
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kastelovič
E-mail: kastelovic.miroslav@nsptrstena.sk
Tel.: 0917672799

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup prístroja, ktorý sa používa na sterilizáciu nástrojov na chirurgických operačných sálach.

Typ zákazky: Tovary

CPV: 33191100-6 Sterilizátory

3. Podmienky účasti

Uchádzač vloží ako prílohu do súťaže: - Naskenovaný doklad o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní c. 343/2015., uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže nahradiť požadovaný doklad predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. - Podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO doloženým čestným vyhlásením alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. (príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie)

4. Požiadavky na predmet zákazky

Technická špecifikácia prístroja - Objem komory minimálne 450 litrov - Jednodverové prevedenie - Prevedenie FD – s vyvíjačom pary a s prevedením na kombinovaný spôsob napájania - Systém

transportných a zavážacích vozíkov pre vkladanie materiálov - 6 sterilizačných jednotiek - Predhrievací program - Maximálna spotreba na jeden sterilizačný cyklus - para: 7-10 kg - voda: 0,07-0,09 m³ - demi voda: 0,008-0,01 m³ - el. energia: 6-8 kWh - napätie pripojovacie: 3P/N/PE 400 V, 50/60 Hz - maximálny príkon: 45-50 kWh/65-80 A - Hlučnosť max. 80 dB - Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy - Vákuový a Bowie-Dick test - Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele - Vonkajší kryt z nehrdzavejúcej ocele - Materiál komory: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L) - Automatické mikroprocesorové riadenie (min. dva mikroprocesory so senzormi pre nezávislé riadenie a vyhodnocovanie pracovných cyklov) - Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu - Dotykový display minimálne 8,4 " zobrazujúci informácie pre obsluhu, teplotu, tlak, fázy cyklov, chybové hlásenia ... - Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu - V základnom programovom vybavení minimálne 10 programov • K prístroju požadujeme: - transportný vozík - zavážací vozík - úpravovňu vody - návod na používanie v slovenskom prípadne českom jazyku - záručný list - preberací protokol - zápis zo zaškolenia personálu

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **58 848 Eur** bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky

ALTENER s.r.o.

Palárikova 17, 811 04 Bratislava
Gabriel Michel
michel@altener.sk

BMT, s.r.o.

Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Zuzana Tomašovičová
bmt@isternet.sk

Fénix Bratislava, spol. s r.o.

Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
Marián Boor
fenix@fenixgroup.sk

K&M MEDIA s.r.o.

94, 023 13 Čierne
Roman Král'
info@kmmedical.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

BMT, s.r.o.

Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
Zuzana Tomašovičová
bmt@isternet.sk

- Cenová ponuka: 70 617,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

Fénix Bratislava, spol. s r.o.

Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové

Marián Boor

fenix@fenixgroup.sk

- Cenová ponuka: 84 204 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

K&M MEDIA s.r.o.

94, 023 13 Čierne

Roman Kráľ

info@kmmedical.sk

- Cenová ponuka: 56 400 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Vylúčený uchádzač

Na základe nesplnenia všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch bola vylúčená ponuka uchádzača

K&M MEDIA s.r.o.

94, 023 13 Čierne

Roman Kráľ

info@kmmedical.sk

9. Úspešný uchádzač

Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky a splnenia všetkých požadovaných podmienok bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

BMT, s.r.o.

Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany

Zuzana Tomašovičová

bmt@isternet.sk

- Cenová ponuka: 70 617,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti

Ja, Ing. Miroslav Kastelovič, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne,

nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Miroslav Kastelovič

0917672799

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená